

Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG

A AEBMG torna pública a reabertura da Cotação Prévia de Preços ao Mercado nº.07/2024, para aquisição de **01 Arco cirúrgico** no âmbito do **Convênio 01.066.659.23.89**, firmado entre a AEBMG e a Secretaria Municipal de Saúde. O Termo de Referência encontra-se no anexo I desta publicação e no quadro de avisos da AEBMG. O prazo para entrega das propostas foi estabelecido até o dia **19/03/2025 às 10 horas**, no setor de captação de recursos do Hospital Evangélico de Belo Horizonte/AEBMG ou através do e-mail **caroline.duarte@he.org.br** **CADA ARQUIVO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 1 MEGA.**

O Termo de Referência do anexo I da Cotação Prévia será disponibilizado para retirada a partir do dia **06/03/2025** no site: <https://he.org.br/>

O FORNECEDOR DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SICAF E ENVIAR JUNTAMENTE COM SUA PROPOSTA CONSULTA EMITIDA COM INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FISCAIS (CERTIDÕES) NO SICAF COM DATA COMPATÍVEL COM A DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025



Euler Borja/ Presidente



Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROPOSTA COMERCIAL: 01 Arco cirúrgico

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº: **07/2024**

TIPO: **Qualificação técnica do fornecedor, melhor especificação técnica e menor prazo de entrega.**

DATA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **até 19/03/2025**

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, COM VALIDADE DE 60 DIAS NO MÍNIMO CONTENDO CNPJ, ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E DATADO.

HORÁRIO: 10:00HRS – NÃO SERÃO CONSIDERADAS PROPOSTAS FÍSICAS E ELETRÔNICAS APÓS ESTE HORÁRIO.

LOCAL: Setor de captação de recursos do hospital Evangélico de Belo Horizonte/AEBMG e e-mail: Caroline.duarte@he.org.br

DATA DIVULGAÇÃO VENCEDOR: Até 15 dias após o encerramento.

A critério da comissão de avaliação, o produto somente será qualificado para aquisição, após verificação presencial do mesmo, instalado e em operação em hospitais na região da grande Belo Horizonte, de maneira a se obter histórico de operacionalidade, bem como frequência e custos de manutenção.

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: O resultado poderá ser contestado pelos participantes no prazo de 24 horas. Após este prazo será enviado o contrato de compra e venda para o ganhador, não cabendo mais nenhuma contestação.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Não será aceita Ctrl C / Ctrl V (copiar e colar) a descrição técnica deste Termo de Referência. Cada fornecedor deverá descrever a configuração técnica completa do equipamento ofertado, abrangendo todos os aspectos e parâmetros requeridos no descritivo, sendo esse fator decisório de escolha. A assistência técnica deverá ser realizada por profissional habilitado pela empresa localizada em Belo Horizonte ou região Metropolitana de Belo Horizonte, com agilidade nos orçamentos e manutenções. Disponibilidade de empréstimo de equipamentos quando manutenção superior a 5 dias, dentro do período de garantia. As peças de reposição para o equipamento proposto deverão estar disponíveis pelo fabricante por prazo não inferior a 5 (cinco) anos da emissão na nota fiscal. Disponibilizar o equipamento ofertado em funcionamento junto aos clientes (hospital, clínica etc.) para a visita e avaliação da equipe técnica na região de Belo Horizonte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conforme anexo I e minuta de contrato em anexo.

GARANTIA: Todos os equipamentos têm por obrigatoriedade garantia mínima de 12 meses.

Prazos estes da Garantia contados a partir da entrega técnica dos produtos e respectiva instalação e treinamento operacional, quando for o caso.

DO VALOR DA PROPOSTA: Todas as despesas como: impostos, frete instalação e treinamento (quando for o caso) já deverão estar inclusas no valor final da proposta ofertada.

CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: 5º (quinto) dia úteis contados, da entrega e conferência da nota fiscal; a partir do recebimento da nota fiscal pelo setor financeiro; Após liberação do recurso pelo Ministério da Saúde.

PRAZO DE ENTREGA: Até 90 dias após o envio da autorização de fornecimento.

LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: Rua Dr. Alípio Goulart, 25 – Bairro Serra – Belo Horizonte/MG. Cep: 30220-330, de acordo com data estabelecida na proposta vencedora. Em caso de descumprimento do prazo, será encaminhado ao setor jurídico da Associação Evangélica para providências cabíveis.

NOME DA EMPRESA: Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais

ENDEREÇO: Rua Dr. Alípio Goulart, 25 – Bairro Serra – Belo Horizonte/MG

CNPJ Nº: 17.214.743/0001-67.

TELEFONE: (31) 2138-8307 – (31) 2138-8897

REPRESENTANTE LEGAL: Euler Borja

Item	Discriminação do material	Quant	Valor Unitário	Valor Total
02	<p>Especificações Técnicas</p> <p>Equipamentos: 1 unidade de Arco Cirúrgico</p> <p>Valor unitário: R\$ 416.194,00</p> <p>Este edital tem como objetivo a cotação prévia para a compra de 1 unidade de arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens, visando atender as demandas do centro cirúrgico do Hospital Evangélico.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>O arco cirúrgico deverá ser apropriado para procedimentos em cirurgia geral, ortopedia e neurologia, apresentando um design que facilite sua movimentação. É esperado que o equipamento tenha um movimento vertical motorizado de, no mínimo, 40 cm, com um movimento orbital de pelo menos 120 graus. A angulação total deve ser de pelo menos 360 graus, com distância mínima de 90 cm entre a fonte e o intensificador de imagem, e profundidade mínima de 65 cm. O equipamento deve contar com intensificador de imagem de, no mínimo, 9 polegadas, com pelo menos três campos de entrada.</p> <p>Necessita de dois monitores TFT ou LCD com no mínimo 17 polegadas e resolução de 1280 x 1024 pixels cada, ou com um único monitor de, pelo menos, 25 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels. O suporte do(s) monitor(es) deve contar com estrutura rotativa. O gerador de alta frequência deve ter uma potência de, pelo menos, 2,0 kW. O tubo de raios-X deve apresentar ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual ou menor a 1,6 mm e colimador. A capacidade térmica do ânodo deve ser de, no mínimo, 45 KHU.</p> <p>Em relação às funcionalidades, o arco deve</p>	1	R\$ 416.194,00	R\$ 416.194,00

	<p>oferecer fluoroscopia com faixa de 40 a 110 kV e corrente máxima de 5 mA, ou maior. Contar com modo radiografia com 40 a 110 kV e corrente máxima de até 8 mA, ou maior.</p> <p>Deve incluir recursos para retenção da última imagem adquirida e capacidade de armazenamento para 5 mil imagens. O sistema precisa contar com saída USB integrada e interface DICOM 3.0, abrangendo modalidades Storage e Worklist. Além disso, o arco deve ter suporte para aplicações vasculares com subtração digital de imagens, Roadmapping e Remascaramento (MAS, DAS e RSA). É necessário contar com software dedicado à visualização de metais para peças implantadas, filtro de redução de ruído e rotação de imagens sem a necessidade de emitir radiação.</p> <p>A instalação do equipamento deve ser realizada de forma a garantir pleno funcionamento, incluindo montagem e testes, com entrega agendada previamente.</p> <p>Os fornecedores devem assegurar que suas propostas atendam integralmente às especificações para serem consideradas na cotação. A decisão final não será baseada apenas no menor preço; a análise técnica será fundamental. Por isso, os fornecedores são encorajados a apresentar propostas que incluam condições vantajosas, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantia estendida: Oferecer um período de garantia mais longo do que o mínimo exigido (12 meses); • Recursos e funcionalidades adicionais: Incluir novos recursos, funcionalidades avançadas ou tecnologias inovadoras que possam proporcionar melhorias significativas na eficácia e segurança do tratamento; • Serviços de suporte e manutenção: Propor serviços de suporte técnico e manutenção aprimorados; • Treinamento e capacitação: Oferecer 			
--	--	--	--	--

	<p>programas de treinamento para a equipe de operação, garantindo que os profissionais estejam totalmente capacitados para utilizar o equipamento de forma eficiente.</p> <p>Devem ser fornecidos 12 meses de garantia do equipamento e a empresa precisa indicar assistência técnica autorizada na macrorregião de Belo Horizonte. É necessário já estar inclusos na proposta o frete, impostos, instalação, treinamento operacional para uso do equipamento. As propostas serão avaliadas com base em critérios de conformidade técnica, preço e condições de pagamento. Para esclarecimentos e envio das propostas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail engenhariaclinica@he.org.br até a data limite de envio das propostas. O Hospital Evangélico reserva-se o direito de desclassificar propostas que não atendam às especificações técnicas ou que não apresentem a documentação completa.</p>			
VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA = R\$ 416.194,00				



Euler Borja/Presidente